

## ร่างขอบเขตงาน (Term of reference :TOR)

### จัดซื้อ เครื่องจัมห้ามเลือดไฟฟ้า

#### ๑. ความต้องการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.มีความต้องการจัดซื้อ เครื่องจัมห้ามเลือดไฟฟ้า

##### ๑.๑ วัตถุประสงค์การใช้งาน

๑.๑.๑ เพื่อใช้จัมห้ามเลือดและตัดเนื้อยื่นของร่างกาย

๑.๑.๒ เพื่อนำไปใช้ในห้องผ่าตัด

๑.๒ วงเงินประมาณการ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๓ ราคากลางในการจัดซื้อ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#### ๒. คุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุปะหะห่วงเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรับไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครับกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไหรอนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มครองกันเช่นวันนี้

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ใช้กับกระแทไฟ เอ.ซี. ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ - ๖๐ เฮิร์ซ

#### ๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ เป็นเครื่องจัมห้ามเลือดที่ให้กำลังสูงสุดของการตัดในระบบ Monopolar (Pure cut)

ได้ตั้งแต่ ๑ - ๔๐๐ วัตต์ ที่ค่าความต้านทาน ๕๐๐ โอห์ม

๔.๒ เป็นเครื่องจัมห้ามเลือดที่ให้กำลังสูงสุดของการจืดในระบบ Monopolar (Contact Coagulation)

ได้ตั้งแต่ ๑ - ๒๐๐ วัตต์ ที่ค่าความต้านทาน ๓๕๐ โอห์ม

๔.๓ เป็นเครื่องจัมห้ามเลือดที่ให้กำลังสูงสุดของการตัดในระบบ Bipolar (Bipolar Pure Cut)

ได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๒๐ วัตต์

๔.๔ เป็นเครื่องจี้ผ่าตัดที่ให้กำลังสูงสุดของการจี้ในระบบ Bipolar (Bipolar Coagulation)

ได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๒๐ วัตต์

๔.๕ ตัวเครื่องมีช่องแสดงกำลังที่เลือกใช้งานอยู่เป็นตัวเลข (Digital) ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน

๔.๖ มีช่องสำหรับต่อสายจี้ใช้งาน จำนวน ๓ ช่อง ประกอบด้วย

Monopolar จำนวน ๒ ช่อง

Bipolar จำนวน ๑ ช่อง

๔.๗ ในส่วนของ Monopolar มีรูปแบบการใช้งานสำหรับการตัด (Monopolar Cutting)

และการจี้ (Monopolar Coagulation) ได้

๔.๘ ในส่วนของ Bipolar มีรูปแบบการใช้งานสำหรับการตัด (Bipolar Cutting)

และการจี้ (Bipolar Coagulation) ได้

๔.๙ สามารถใช้งานได้ทั้งจี้และตัดโดยใช้ความถี่สูงอย่างเดียวในการตัดหรือผสมความถี่

เข้าด้วยกันในการห้ามเลือด และสามารถทำการจี้ได้น้ำ (T.U.R) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑๐ สามารถควบคุมการทำงานด้วยมือ (Hand Control) หรือเท้า (Foot Control) ได้

๔.๑๑ การควบคุมการทำงานของเครื่องเป็นแบบระบบสัมผัส (Touch Screen Control)

มีหน้าจอกราฟิกไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว

๔.๑๒ มีโปรแกรมการใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นไม่น้อยกว่า ๑๗ โปรแกรม

๔.๑๓ มีรูปแบบชนิดของกระแส (Current type) ไม่น้อยกว่า ๑๕ รูปแบบ

๔.๑๔ มีระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่อง (Self – Test) ก่อนการใช้งาน

๔.๑๕ ที่ด้านหน้าของเครื่องมีสัญลักษณ์เป็นแบบสี แสดงถึงค่าความปลอดภัยจากการติด  
แผ่นรองตัวคนไข้

๔.๑๖ ตัวเครื่องรองรับการใช้งานกับแผ่นรองตัวคนไข้สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่

#### ๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ ด้ามจี้พิร้อนหัวจี้ชนิด Monopolar	จำนวน ๑๐ อัน
๔.๒ สายต่อแผ่น Plate Disposable	จำนวน ๑ เส้น
๔.๓ แผ่นรองตัวคนไข้ (Plate Disposable)	จำนวน ๑๐ ชิ้น
๔.๔ ด้ามจี้ชนิด Bipolar Forceps	จำนวน ๑ อัน
๔.๕ สายจี้ไปเพลาร์ (Connection Cable for Bipolar)	จำนวน ๑ อัน
๔.๖ สวิตช์ควบคุมการทำงานด้วยเท้า	จำนวน ๑ อัน
๔.๗ เครื่องสำรองไฟขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA (สั่งซื้อภายใต้ประเทศ)	จำนวน ๑ เครื่อง
๔.๘ หัวน้ำของเครื่องมือ (สินค้าในประเทศ)	จำนวน ๑ คัน

#### ๕. การเสนอราคากลางและการส่งมอบ

๕.๑ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี

๕.๒ มีคุณภาพการใช้งานและบำรุงรักษา ๒ ชุด

๕.๓ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณภาพ

๕.๔ มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางโรงงานผู้ผลิต

๕.๕ มีช่างที่ผ่านการรับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต

๕.๖ กำหนดส่งมอบพัสดุภายนอกใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

## ๖. การทำสัญญา

ผู้ซึ่งการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าทำสัญญากับทางโรงพยาบาลภัยใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

### ๗. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จะชำระค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่ผู้ขาย เมื่อโรงพยาบาลฯ ได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

### ๘. การรับประกันผลงาน

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลได้รับมอบหมายในระยะเวลาประกัน ถ้าอุปกรณ์มีปัญหาผู้ขาย/ผู้รับต้องรับผิดชอบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีภัยใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

### ๙. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ พิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติและถูกต้องตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดและเสนอราคาน้ำหนัก

### ๑๑. เงินงบประมาณ

งบเงินสากลกินแบ่งรัฐบาลวงบบารุงพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

### ๑๒. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

### ๑๓. การสอบถกถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจต้องการสอบถกถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอใบอนุญาตบันนี้ สามารถสอบถามได้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [srksurgery@gmail.com](mailto:srksurgery@gmail.com) หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๒๔๕๗๗๓๕ ต่อ ๖๙๑๖๓

### ๑๔. การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น : ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอใบอนุญาตบันนี้ได้ที่สถานที่ดังต่อ

#### ๑๔.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลัญญาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

#### ๑๔.๒ ทางโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๒๔๕๗๗๓๕ ต่อ ๖๙๑๖๓

#### ๑๔.๓ E - mail : [srksurgery@gmail.com](mailto:srksurgery@gmail.com)

ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็นผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ให้โรงพยาบาลทราบด้วย พร้อมใช้แบบฟอร์มการวิจารณ์ตามที่แนบในร่างขอบเขตงานนี้

นางสาวเอก




ประธานกรรมการ

นางสาวตรี

(อนุชา สิริวงศ์)

กรรมการ

เรือเอก



(ปันพิช พลกล้า)

กรรมการ

—

กรรมการ

(ชรินทร์ สมรส)

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน